

急性期における **Icing(冷却)** と **Compression(圧迫)** に着目
形状やフィット感にこだわった **急性期用冷却剤** です。

アイシングフィットG 関節用 Mサイズ
届出番号:24B3X00004000006



頸椎、肘関節
手首、足首
足底などに。



アイシングフィットG 関節用 Lサイズ
届出番号 24B3X00004000007



頸椎、肘関節、手首
足首、足底、肩甲骨周囲、
上腕、前腕、大腿部、
下腿部など。

一般医療機器

medical

+ICEING-FIT G

急性期冷却剤・アイシングフィット・G

アイシングフィットG 連結タイプ
届出番号 24B3X00004000008

腰部、背部、
上腕、前腕、
大腿部、下腿部などに。



アイシングフィットG 指用3個セット
届出番号 24B3X00004000005



スポーツ現場に多い
突き指や指の捻挫に。



製造販売元

三重化学工業株式会社

〒515-0001 三重県松阪市大口町262-1
TEL0598-51-2361 FAX0598-51-1143
www.miekagaku.co.jp



RICE処置

冷却(冷やす)という医療行為は、Rest(安静)、Icing(冷却) Compression(圧迫)、Elevation(挙上)の中で最も大切な事柄です。その動作を医療施設は勿論、学校、介護施設、そして各企業やご家庭でも氷やアイスバッグを痛みのある箇所(患部)に当てていました。いつも氷があるとは限らないので常にストックしているのが現状で氷が冷凍庫内の場所を取り、当院でも冷やす初動作に手間がかかりました。実際、患部にアイスバッグなどを正しく冷やすためには患者様本人にも手伝っていただかないといけない現状でした。単に【冷やす】という行為は簡単そうですが非常に大変な事でした。

急性期冷却剤『アイシングフィットG』は、整骨院との共同開発です。

RICE処置のIcing(冷却)、Compression(圧迫)にもっとも近い形が『アイシングフィットG』なのです。ゲルの程よい重たさと手の平で抑えた力に近い状態で圧迫を加えながら冷やす。また、こんにゃく状のゲルは押しでもゲルが逃げません。非常に簡単で、患者様にも斬新な新しい形状、また、シンプルかつ医療機器である冷却剤で押し付け感がなく、冷蔵庫でも十分に冷え、冷凍庫でもカチカチに固まらないしかも日本製として安心してご使用いただける製品だと思われま



●アイシングフィットG 関節用 Mサイズ

頸椎捻挫、肘関節捻挫、手関節捻挫、肩関節捻挫、手首の軟部組織損傷〔(TFCC)・腱鞘炎など〕肘関節のテニス肘やゴルフ肘、股関節痛「グローインペイン」など、膝関節捻挫、こむら返り、アキレス腱炎、足首の捻挫、足底腱膜炎や各関節、部位の打撲に。

●アイシングフィットG 関節用 Lサイズ

頸椎捻挫、肘関節捻挫、手関節捻挫、肩関節捻挫、手首の軟部組織損傷〔(TFCC)・腱鞘炎など〕肘関節のテニス肘やゴルフ肘、股関節痛「グローインペイン」など、膝関節捻挫、こむら返り、アキレス腱炎、足首の捻挫、足底腱膜炎や各関節、部位の打撲に。肩甲骨周辺、上腕、前腕、大腿部、下腿部を幅広く覆うことが可能で、二次的な痛みの場所まで覆うことが可能。

●アイシングフィットG 連結タイプ(簾式)

主に腰部、背部における急性捻挫「腰部捻挫、ぎっくり腰など」、上腕、前腕、大腿部、下腿部を全周覆うことが可能。

●アイシングフィットG 指用3個セット

成人、子供関わらずスポーツの現場に多い突き指、指の捻挫に。

品番	製品名	サイズ	重量	JANコード	1ケースの入り数	定価(税別)
MIF-001	関節用 Mサイズ	約150×270mm	約400g	4978797400135	10	1,350円
MIF-002	関節用 Lサイズ	約220×330mm	約800g	4978797400098	6	1,650円
MIF-003	連結タイプ	約300×350mm	約1300g	4978797400104	6	2,200円
MIF-004	指用3個セット	約30φ×80mm	約30g×3個	4978797400111	10	1,450円

使用方法

※フリーサポーターが必要な場合はお申し付けください。別途販売させていただいております。

- ① 冷凍庫の電源を入れてください。
冷凍庫が冷えたらアイシングフィットGを庫内に入れ3~4時間ほど冷却してください。
- ② 冷凍庫の能力・アイシングフィットGの数量によって適温までの冷却時間は変化しますので、冷たさを確認しながら冷却してください。
- ③ 冷却されたアイシングフィットGを取り出し、てぬぐい等で巻いてください。
※てぬぐい等で巻く前に本品に破損、液漏れがないか確認してください。
- ④ てぬぐい等を巻いたアイシングフィットGを、患部にあてがい、適宜の時間患部を冷却してください。
- ⑤ 使用後はてぬぐい等を取り外し、汚れ、破損等の確認を行った後冷凍庫で再度冷却してください。
- ⑥ 続けてご使用にならない場合は、汚れ、破損等の確認後、本品が常温に戻ってから冷暗所にて保管してください。